

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244919-2012:TEXT:HU:HTML>

**HU-Budapest: Öntapadó címkék
2012/S 147-244919**

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vérellátó Szolgálat

Karolina út 19-21.

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport („A” épület, I. emelet 17. sz. irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

1113 Budapest

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 13724274

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa

Egyéb: önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység

Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

Szállítási szerződés "Öntapadó nyomatlan címkékészletek és termal transfer festékszalagok beszerzése" tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

Árubeszerzés

Adásvétel

A teljesítés helye: Országos Vérellátó Szolgálat Anyaggazdálkodási Osztály (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.).

Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 13.).
NUTS-kód HU101,HU102

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Az Ajánlatkérő preparatív és klinikai transzfuziológiai feladatainak (vérkészítmények azonosító és minősítő címkézése, vérvételi zsákrendszerek, vérvételi mintacsövek és véradó bizonylatok azonosító címkézése) ellátásához szükséges különféle öntapadó nyomatlan címkék, öntapadó nyomatlan címkekészletek és termal transfer festékszalagok beszerzése, a termékeket külföldi Szállító DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító költségmentesen köteles leszállítani.

Valamennyi megajánlott címke és címkekészlet ugyanabból az alapanyagból kell, hogy készüljön!

Az öntapadó nyomatlan címkék és címkekészletek - beleérve azok ragasztóanyagát is - feleljenek meg az ISO 3826 szabvány "vagy azzal egyenértékű" szabvány előírásainak.

Az adott kódú megajánlott alapanyagra a megajánlott termal transfer festékszalaggal, az Ajánlatkérő által az Ajánlati Dokumentációban nevesített nyomtatóval kinyomtatott címkékkel és címkekészletekkel szemben támasztott követelmények:

A nyomtatott információ a vérellátás teljes folyamatában kenődés- és hiánymentes, szemmel és a vérellátásban használt vonalkód-olvasókkal, továbbá a vérellátásban rendszeresített automata berendezések vonalkód-olvasóival olvasható maradjon az alábbiak szerint:

1. Nyomtatás:

Mind a két típusú nyomtató vonatkozásában (TOSHIBA SX4 TOSHIBA SV4).

1.1 Szemmel olvasható:

— Megfelel, amennyiben a kinyomtatott címkék alfanumerikus (számokat, betűket, speciális karaktereket) elemeket tartalmazó feliratai szemmel hibátlannak látszanak és olvashatók.

1.2 Kézi vonalkód olvasóval olvasható:

— Megfelel, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt kézi vonalkód olvasóval olvashatók (nem felel meg, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt kézi vonalkód olvasóval nem olvashatók).

Gyártó Kézi vonalkód olvasó.

Datalogic (PSC) Quick Scan QS6500.

Datalogic Gryphon D4130.

1.3 Laboratóriumi vizsgáló automaták vonalkód olvasója által olvasható:

— Megfelel, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt laboratóriumi vizsgáló automaták vonalkód olvasójával olvashatók (nem felel meg, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt laboratóriumi vizsgáló automaták vonalkód olvasójával nem olvashatók).

Gyártó Laboratóriumi vizsgáló automata.

ABBOTT Prism.

ABBOTT Arhitect 2000SR.

Biotest Guardian SP-II.

Biotest Guardian SP-I.

Biotest Qasar IV.

Biotest Tango optimo.

Diamed Classic ID Gelstation.

Diamed Techno Twinstation.

Diamed Lyra MP-reader.

Diamed ID- Swing-Twin.

Olympus PK7300.

1.4 Sejtszeparáló automaták vonalkód olvasója által olvasható:

— Megfelel, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt sejtszeparáló automaták vonalkód olvasójával olvashatók (nem felel meg, amennyiben a kinyomtatott címkék vonalkódjai az alábbi táblázatban felsorolt sejtszeparáló automaták vonalkód olvasójával nem olvashatók).

Gyártó Sejtszeparáló automata.

Fresenius NPBI Compomat G4.

Baxter Optipress II 4R4919.

Macopharma Macopress.

1.5 Kenődés, nyomtatási hiány:

— Megfelel, amennyiben a kinyomtatott címkék alfanumerikus (számokat, betűket, speciális karaktereket) elemeket tartalmazó feliratait, továbbá vonalkódjai kenődésmentesek (kézzel nem elkenhető) és hiánymentesek.

2 Vértétel:

2.1 Vértétel/Tapadás:

— Megfelel, amennyiben a címke egyetlen mozdulattal rásimítható az alábbi táblázatban felsorolt zsákrendszerek minden elemére, mintacsövekre, az adott zsákrendszer elemeit összekötő csőszakaszokra (szegmensekre) és a véradó bizonylatra (80g-os OFSZER A4 papír), és ott teljes felületével feltapad.

Gyártó Zsák(rendszer).

Fenwall KGR 8469 B In-line.

Fenwall SGR 7004.

Fresenius Fresenius 3321.

Fresenius FR00P4 220 Compoflex.

Fresenius TCT 70300.

Fresenius 3FR00P4159.

Macopharma MRT 6280 LH.

Pall LRP6SCL.

Pall BPF4ARBL.

Gyártó Mintacső.

Greiner Bio-One 455092 Szérumcső 9 ml (vákuumos vérvételi cső), 16 x 100 mm.

Greiner Bio-One 456036 EDTA tri-kálium 6 ml (vákuumos vérvételi cső), 13 x 100 mm.

— Megfelel, amennyiben a címke a további munkafolyamatok során is a zsákon, a csövön, a szegmensén és a bizonylaton marad.

2.2 Vértétel/Gyűrdés:

— Megfelel, amennyiben a zsákokra ragasztott címke nem gyűrdök a zsákrendszer polietilén védőtasakba helyezésekor,

— Megfelel, amennyiben a címke nem gyűrdök a vérvételi bizonylaton az adminisztráció során.

2.3 Vértétel/Elcsúszás:

— Megfelel, amennyiben a zsákokra, csövekre, szegmensekre, bizonylatra ragasztott címke nem mozdítható el sérülés nélkül.

2.4 Vértétel/Szöveg elmosódás:

— Megfelel, amennyiben a címkén szereplő kódok a vonalkód olvasó számára illetve a címkén szereplő szöveg pedig szabad szemmel mindvégig (a vérvétel valamennyi művelete során) olvasható marad,

— Megfelel, amennyiben a festék nem kenődik el a címkén.

3 Laboratóriumi kivizsgálás:

3.1 Laboratóriumi kivizsgálás/Tapadás:

— Megfelel, amennyiben a laboratóriumba érkező mintacsöveken a címke teljes felületén feltapad,

- Megfelel, amennyiben a fagyasztásra kerülő minták csövein a címke teljes felületén feltapad,
- Megfelel, amennyiben a további vizsgálatok céljára érkező szegmensekről (plazma illetve vörösvérsejt szegmens) a címke nem válik le.

3.2 Laboratóriumi kivizsgálás/Gyűródés:

- Megfelel, amennyiben a címke a centrifugálás alatt és a csövek mintatartóba (rack) helyezésekor nem gyűródik.

3.3 Laboratóriumi kivizsgálás/Elcsúszás:

- Megfelel, amennyiben a címke a kivizsgálásig, centrifugálás alatt, az automatán történő méréskor, hűtőben történő tároláskor nem mozdul el.

3.4 Laboratóriumi kivizsgálás/Szöveg elmosódás:

- Megfelel, amennyiben a címkén szereplő kódok a vonalkód olvasó számára a kivizsgálás valamennyi művelete - tárolás vizsgálatig, centrifugálás, mérés, minta tárolás hűtött térben $+ 4 \pm 2$ °C-on, minta tárolás fagyasztva $< - 25$ °C - során olvashatóak maradnak,
- Megfelel, amennyiben a festék nem kenődik el a címkén.

4 Vérvérvétel előállítás:

4.1 Vérvérvétel előállítás/Tapadás:

- Megfelel, amennyiben a vérvétel során felragasztott címke az alapfeldolgozás műveletei - centrifugálás és szétválasztás - során a teljes felületen megmarad,
- Megfelel, amennyiben a készítő címke és vérvételi sorszám címke egy mozdulattal a felületre simítható,
- Megfelel, amennyiben az alapfeldolgozás egy és a továbbfeldolgozás két centrifugálási művelete során a címke a teljes felületen megmarad,
- Megfelel, amennyiben a fagyasztott készítmények (trombocita készítmény esetében: -78 ± 2 °C-ról, plazma készítmény esetében: -38 ± 2 °C-ról) 30 perc alatt vízfürdőben történő felmelegítésekor a címke a teljes felületen megmarad,
- Megfelel, amennyiben fagyott és/vagy párás felületre a címke egy mozdulattal a rásimítható.

4.2 Vérvérvétel előállítás/Gyűródés:

- Megfelel, amennyiben a címkék egy alapfeldolgozási és két továbbfeldolgozási centrifugálás alkalmával nem gyűródnek,
- Megfelel, amennyiben a címkék az alapfeldolgozás és továbbfeldolgozás műveletei során nem gyűródnek,
- Megfelel, amennyiben fagyasztott készítmények (trombocita készítmény esetében: -78 ± 2 °C-ról, plazma készítmény esetében: -38 ± 2 °C-ról) 30 perc alatt vízfürdőben történő felmelegítésekor a címke nem gyűródik.

4.3 Vérvérvétel előállítás/Elcsúszás:

- Megfelel, amennyiben a címke a vérvérvétel előállítás munkafolyamatait (centrifugálás, szétválasztás, szűrés, mosás, osztás) követően nem mozdítható el sérülés nélkül.

4.4 Vérvérvétel előállítás/Szöveg elmosódás:

- Megfelel, amennyiben a vérvérvétel előállítás munkafolyamatait (centrifugálás, szétválasztás, szűrés, mosás, osztás) követően a címkén szereplő kódok a vonalkód olvasó számára illetve a címkén szereplő szöveg pedig szabad szemmel mindvégig olvasható marad,
- Megfelel, amennyiben fagyasztott készítmények (trombocita készítmény esetében: -78 ± 2 °C-ról, plazma készítmény esetében: -38 ± 2 °C-ról) 30 perc alatt vízfürdőben történő felmelegítésekor a címkén szereplő kódok a vonalkód olvasó számára illetve a címkén szereplő szöveg pedig szabad szemmel mindvégig olvasható marad,
- Megfelel, amennyiben a festék a címkén nem kenődik el.

5 Vérvérvétel tárolás és kiadás:

IV.3) **Adminisztratív információk**

IV.3.1) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám**

11/OVSZ/2012 "Öntapadó nyomatlan címkekeszletek és termal transfer festékszalagok beszerzése"

IV.3.2) **Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre**

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2012/S 82-134428](#) 27.4.2012

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2012/S 82-134428](#) 27.4.2012

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: OVSZK/1730-34/2012/3200

Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés.

V.1) **Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:**

2.7.2012

V.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) **A nyertes gazdasági szereplő neve és címe**

BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Zsurló u. 10.

8000 Székesfehérvár

MAGYARORSZÁG

Fax: +36 22501881

V.4) **A szerződés értékére vonatkozó információk**

A szerződés eredetileg becsült összértéke:

Érték: 70 000 000 HUF

Áfa nélkül

A szerződés végleges összértéke:

Érték: 52 477 780 HUF

Áfa nélkül

V.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2) **További információk:**

1.) Összegezés megküldésének időpontja: 2012.07.12.

2.) Szerződéskötés időpontja: 2012.07.23.

3.) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: kisvállalkozás

4.) Az ajánlattevők neve, címe: BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 10.).

VI.3) **Jogorvoslati eljárás**

VI.3.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

VI.3.3) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4) **E hirdetmény feladásának időpontja:**

31.7.2012