

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274813-2012:TEXT:HU:HTML>

**HU-Budapest: Gyűjtőtasak  
2012/S 166-274813**

**Tájékoztató az eljárás eredményéről**

**Árubeszerzés**

2004/18/EK irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)**

Országos Vérellátó Szolgálat

Karolina út 19-21.

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport („A” épület, I. emelet 17. sz. irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

1113 Budapest

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 13724274

E-mail: [kozbeszerzes@ovsz.hu](mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu)

Fax: +36 13724453

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: [www.ovsz.hu](http://www.ovsz.hu)

**I.2) Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb: önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv

**I.3) Fő tevékenység**

Egészségügy

**I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében**

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

**II. szakasz: A szerződés tárgya**

**II.1) Meghatározás**

**II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés**

Szállítási szerződés "Fresenius szerelékek beszerzése" tárgyában.

**II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye**

Árubeszerzés

Adásvétel

A teljesítés helye: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 13.).

Debreceni Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 4026 Debrecen, Bem tér 19.).

Szombathelyi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.).

Pécsi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.).

NUTS-kód HU102,HU321,HU222,HU231

**II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk**

**II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása**

Fresenius COM.TEC aferezis készülékkel kompatibilis és a készülékre validált szerelékek vagy ezekkel egyenértékű szerelékek beszerzése 36 hónapos időtartamra.

A közbeszerzés mennyisége:

Kódszám Megnevezés Beszerzendő teljes mennyiség.

C5L vagy ezzel egyenértékű szerelék Thrombocyta szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 2 400 darab.

PL1 vagy ezzel egyenértékű szerelék Plazmacserélő szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 360 darab.

P1Y vagy ezzel egyenértékű szerelék Fehérvérsejt szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 30 darab.

Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése során az összmennyiségtől + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

Ajánlatkérő a megajánlott thrombocyta, plazmacserélő és fehérvérsejt szerelékeket akkor tekinti a beszerzési tárgyban szereplő thrombocyta, plazmacserélő és fehérvérsejt szerelékekkel egyenértékűnek, amennyiben mindhárom szerelék esetén a megajánlott szerelékek szerkezete, összetétele, méretei és alapanyagai megegyeznek a beszerzési tárgyban pontosan nevesített szerelékekkel.

II.1.5) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**

33141610, 33141620

II.1.6) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.2) **A szerződés(ek) végleges összértéke**

II.2.1) **A szerződés(ek) végleges összértéke**

Érték: 199 988 424 HUF

Áfával. Áfakulcs (%) 27,00

**IV. szakasz: Eljárás**

IV.1) **Az eljárás fajtája**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos

Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:

2004/18/EK irányelv

**1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása**

Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:

műszaki,

kizárólagos jogok védelme

A választott eljárás alkalmazására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. §-a (2) bekezdésének c) pontja - ezen belül pedig a műszaki-technikai sajátosság és kizárólagos jogok védelme - alapján került sor, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő tulajdonában lévő Fresenius COM.TEC aferezis készülékek csak és kizárólag az eredeti Fresenius COM.TEC szerelékekkel (C5L, PL1, P1Y) működtethetők és maguk a szerelékek is csak ezzel a készülékkel működnek.

A Kbt. 94. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint:

„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha [...] a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.”

A COM.TEC készülék paramétereit (szeparálás, gyorsulás, folyadékkeverés, szeparálási idő, szűrés) kifejezetten a fent említett szerelésekkel végzett eljárásokra optimalizálták és validálták. A fixált gyári értékek és beállítások a felhasználó által nem módosíthatók.

A készülék fizikai paramétereit, a COM.TEC szerelék befogadó egységek méretezése más típusú szerelések alkalmazását nem teszik lehetővé, mint ahogy a COM.TEC szerelék is kialakításánál fogva kizárólag a COM.TEC aferezis készülékekben történő felhasználásra alkalmas.

A beszerzés tárgyát képező szerelések kizárólagos magyarországi forgalmazója a Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A): jelen közbeszerzési eljárás tekintetében a készülék és a szerelések gyártója, a Fresenius Kabi A.G. a Biotest Hungária Kft -t jogosította fel a magyarországi kizárólagos forgalmazásra. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Döntőbizottság felé a gyártó nyilatkozatával igazolta, hogy más céget a tárgyi eljárásban forgalmazni nem engedtek, maga a gyártó és az EU tagállamaiban vagy Európában működő más cég sem képes a fent megjelölt szereléseket a magyar piacon közvetlenül forgalmazni.

Fentiek alapján a Fresenius COM.TEC aferezis készülékekkel kompatibilis és a készülékre validált szerelések beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést csak a típus-azonos szerelések kizárólagos magyarországi forgalmazójával lehet megkötni és a szerződést kizárólag ez a szervezet képes teljesíteni.

**IV.2) Bírálati szempontok**

**IV.2.1) Bírálati szempontok**

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

**IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

**IV.3) Adminisztratív információk**

**IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám**

09/OVSZ/2012. „Fresenius szerelések”

**IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre**

nem

**V. szakasz: Az eljárás eredménye**

A szerződés száma: OVSZK/1599-33/2012/3200

Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés.

**V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:**

24.7.2012

**V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

**V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe**

Biotest Hungária Kft.

Torbágy u. 15/A.

2045 Törökbálint

MAGYARORSZÁG

Fax: +36 23511310

**V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk**

A szerződés eredetileg becsült összértéke:

Érték: 250 203 490 HUF

Áfa nélkül

A szerződés végleges összértéke:

Érték: 199 988 424 HUF

Áfával. Áfakulcs (%) 27,0

**V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk**

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

**VI.2) További információk:**

1.) Összegezés megküldésének időpontja: 2012.08.03.

2.) Szerződéskötés időpontja: 2012.08.17.

3.) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: középvállalkozás.

4.) Az ajánlattevők neve, címe: Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.).

**VI.3) Jogorvoslati eljárás**

**VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Internetcím: [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

Fax: +36 18828593

**VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

**VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Internetcím: [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

Fax: +36 18828593

**VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:**

27.8.2012