

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina u. 19-21
Budapest

Tisztelt Ajánlatkérő!

A **Benedict BioMed Kft** (2461 Tárnok, Tomba u. 48.) - mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. §-ának 9. pontja szerinti gazdasági szereplő (a továbbiakban: kérelmező) a Kbt. 79. §-ának b) pontja alapján az alábbi

előzetes vitarendezési kérelmet

terjeszti elő.

Az **Országos Vérellátó Szolgálat** (1113 Budapest, Karolina út 19-21) mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. július 3-ai számában **2012/S 125-206969** nyilvántartási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé, a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítására.

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát az alábbiak szerint határozta meg:

„1. alapajánlat: ajánlatkérő tulajdonában álló HemoCue HB 201+ készülékekhez a készülékekkel kompatibilis és a készülékekre validált Hemoglobin 201 mikroküvetta vagy ezzel egyenértékű mikroküvetta beszerzése.

2. alternatíva: donorvérminták vizsgáló rendszerének biztosítása, amely rendszer tartalmazza a hemoglobin koncentráció mérésére alkalmas új (első alkalommal használatba vételre kerülő, a korábbiakban még nem használt) készülékek és a hozzájuk tartozó szállító dobozok használati jogának biztosítását a szerződéskötést követő 10. naptól a szerződés hatályának lejártáig, valamint a készülékekkel kompatibilis és a készülékekre validált donorminták vizsgálatára, azaz a donork hemoglobin vizsgálatához szükséges, egyszer használatos mikroküvettaikat.”

Kérelmező a jelen közbeszerzési eljárásban érdekelt gazdasági szereplőnek minősül, tekintettel arra, hogy olyan jogképes szervezet, amely a piacon az érintett közbeszerzési eljárásban beszerezni kívánt árukhoz és szolgáltatásokhoz hasonló áruk és szolgáltatások szállítását és szolgáltatások nyújtását kínálja.

Az ajánlati felhívás IV.3.4) pontja szerint az ajánlattételi határidő 2012. augusztus 14-én 10 órakor jár le, melyre figyelemmel a jelen előzetes vitarendezési kérelem a Kbt. 79/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott határidőben kerül előterjesztésre.

Álláspontunk szerint az ajánlati felhívás az alábbiakra tekintettel súlyosan korlátozza a versenyt és nem teszi lehetővé az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételt, valamint sérti a jóhiszemű joggyakorlás és a közpénzek ésszerű, hatékony felhasználásának alapelveit.

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.9) pontjában lehetővé tette az alternatív ajánlattételt. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.5. pontjában az alternatív ajánlattal kapcsolatban előírta, hogy „A megajánlott rendszerrel kapcsolatos szakmai követelmények:

- Legyen alkalmas hemoglobin meghatározásra vénás és ujjbegyből vett kapilláris vérmintából egyaránt,
 - A meghatározáshoz szükséges vérmennyiség nem lehet több mint 10 µl,
 - A mikroküvettek egyszer használatosak legyenek és beszárított reagenssel működjenek,
 - A variációs koefficiens (CV) nem lehet nagyobb, mint 2 %.
 - A mérési tartománya 0-256 g/L között legyen.
 - A mérés eredménye a vérminta mikroküvettsébe töltésétől számított 60 másodpercen belül legyen leolvasható,
 - Hálózati feszültségről és akkumulátorról is működtethető legyen,
 - A készülék az üzemidő alatt 2 óránként automatikus kalibrálást végezzen (önkalibráció).
 - A készülék az utolsó legalább 500 mérési eredményt visszahívható memóriában raktározza,
 - A készülék rendelkezzen szállító dobozzal, csökkentve a szállításból eredő sérüléseket, meghibásodásokat.
- A fentiekén túlmenően több ajánlati változat nem tehető.”

Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő a fentiekben aláhúzással jelölt követelmények meghatározásával közbeszerzési jogi és szakmai szempontból is indokolatlanul, jogsértő módon szűkítette le a potenciális ajánlattevők körét, tekintettel arra, hogy a piacon kizárólag egy olyan termék létezik, mely egyidejűleg valamennyi idézett követelménynek megfelel.

Az egyes műszaki követelmények előírása álláspontunk szerint az alábbiak miatt jogsértő:

1. A variációs koefficiens (CV) maximális mértéke

Tudomásunk szerint a jelenleg működő készülékek – mely tekintetében az alapajánlat nyújtható be – esetében a CV mértéke 1,5 %. Azzal, hogy az ajánlatkérő legfeljebb 2 %-os mértékű CV-vel rendelkező termékek megajánlását is lehetővé tette alternatív ajánlattétel körében egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy az e mérőszámmal kifejezett megbízhatósági faktor nem bír számára kiemelt jelentőséggel, hiszen az ajánlatkérő tulajdonában lévő rendszerhez képest kisebb biztonságú rendszert is elfogad. A CV maximális mértékének meghatározásakor, ugyanakkor az ajánlatkérő rosszhiszeműen és a versenyt jogsértő módon korlátozó módon járt el, hiszen az érintett követelményt úgy határozta meg, hogy annak a már üzemelő rendszeren kívül kizárólag az EKF által gyártott termék felel meg.

2. A mérési tartomány

Kérelmező álláspontja szerint a megkövetelt mérési tartomány meghatározásakor az ajánlatkérő szintén rosszhiszeműen és a versenyt jogsértő módon korlátozó módon járt el, tekintettel arra, hogy indokolatlanul kizár olyan termékeket az eljárásból, amelyek mérési tartománya pl. 0 - 255 g/L-ig terjed. Az ilyen mérési tartománnyal rendelkező termék ugyanakkor teljesen egyenértékűnek tekintendő a megkövetelttel, figyelemmel arra, hogy más mértékegységgel kalkulálva mind a 0-255 g/L, mind a 0-256 g/L közötti mérési tartománnyal rendelkező termékek azonos mérési tartománnyal rendelkeznek (0 – 15,9 mmol/l). Megjegyezzük, hogy a 255 g/L és 256 g/L között praktikusán sincsen különbség, tekintettel arra, hogy ilyen mennyiségű hemoglobint tartalmazó vér előfordulása szinte kizárt. Ilyen okokból a mérési tartomány alsó határának 0 g/L-ben való meghatározása is indokolatlan, tekintettel arra, hogy nincs olyan véradó, aki vérében ne lenne hemoglobin. Az Országos Vérellátó Szolgálat saját honlapja alapján az alkalmasság feltétele 125 g/L-es hemoglobin érték, mint alsó határ, és irodalmi adatok alapján a felső érték 200 g/L körül van.

3. A készülék az üzemidő alatt 2 óránként automatikus kalibrálást végezzen (önkalibráció)

E követelménynek tudomásunk szerint szintén kizárólag egy termék felel meg, amely **nem** a már előbb említett EKF. Az önkalibráció megkövetelése működés közben ugyanakkor indokolatlan, tekintettel arra, hogy valamennyi a piacon lévő termék elvégzi az önkalibrációt annak bekapcso-

lásakor, így azok működés során kellően pontos eredményeket produkálnak. Egyebekben megjegyezzük, hogy a követelmény teljesítése fogalmilag kizárt abban az esetben, ha az adott készülék a bekapcsolást követő 120. percben éppen működésben van, hiszen működés közben az önkalibráció értelemszerűen kizárt.

4. 500 adat memóriában való raktározása

A mérési eredmények tárolása önmagában a donoradatok nélkül nem bír jelentőséggel, annak értelme **csak** akkor van, ha legalább egy név és egy azonosítószám tartozik hozzá. Ezáltal nem érthető az 500 mérési eredmény memóriában való tárolásának feltételként történő meghatározása.

A fenti négy követelmény előírása megítélésünk szerint egyenként is jogsértő és indokolatlan, de együttesen végképp **a valós verseny teljes kizárásához vezet**, tekintettel arra, hogy így csak az alapajánlatra adható érvényes ajánlat. Tudomásunk szerint az alapajánlatra viszont csak a HemoCue és disztribútora tud ajánlatot adni.

Azzal, hogy az ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét elzárja más potenciális ajánlattevőktől, sérti a hatékony közpénzfelhasználás elvét is, tekintettel arra, hogy lényegében nem fog árverseny kialakulni, így az ajánlatkérő nem a potenciálisan elérhető legalacsonyabb árért tudja csak beszerezni a funkcionalításban, használhatóságban azonos értékű termékeket.

Fentiekre tekintettel álláspontunk szerint az ajánlati felhívás II.1.5. pontjának idézett előírásai sértik a Kbt. 39. §-ának (1) bekezdését, valamint a Kbt. 1. §-át, továbbá 2. §-ának (1) és (2) bekezdéseit.

A jogsértés orvoslása érdekében azt javasoljuk, hogy az ajánlatkérő az alternatív ajánlat tekintetében akként módosítsa az ajánlati felhívást (és szükség szerint a dokumentációt), hogy:

- a variációs koefficiens maximális mértéke legalább 3 – 5 % legyen, és
- a mérési tartományt akként határozza meg, hogy az szakmailag indokolható legyen (pl.: 80 – 210 g/L), és
- az önkalibráció tekintetében megajánlható legyen olyan termék is, amely annak bekapcsolásakor végzi el az önkalibrációt, valamint
- a memóriaképességet teljesen hagyja ki vagy a memóriai igényt a donorazonosítás felé bővítse.

Jelezni kívánjuk, hogy amennyiben az ajánlatkérő nem módosítja az ajánlati felhívást (és szükség esetén a dokumentációt), úgy jogorvoslati eljárást kezdeményezünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogaink és jogos érdekeink érvényesítése érdekében.

Budapest, 2012. július 18.




.....
kérelmező