

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114092-2013:TEXT:HU:HTML>

**HU-Budapest: Vérvizsgálati reagensek
2013/S 069-114092**

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vérellátó Szolgálat

AK05989

Karolina út 19-21.

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport („A” épület, I. emelet 17. sz. irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

1113 Budapest

MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 13724452

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa

Egyéb: önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység

Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

Szállítási szerződés "Szifilisz kórokozójának (Treponema pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges Western Blot módszerű (Treponema WB) tesztkészletek" tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

Árubeszerzés

Adásvétel

A teljesítés helye: OVSzK Konfirmáló laboratóriuma (Magyarország, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.)

NUTS-kód HU101

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

A Szifilisz kórokozójának (Treponema pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges Western Blot módszerű (Treponema WB) tesztkészletek beszerzése.

A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:

- 750 darab Treponema WB IgM tesztkészlet,
- 750 darab Treponema WB IgG tesztkészlet.

Ajánlatot tenni és a szerződést teljesíteni az egyes tesztkészlettípusok teljes mennyisége tekintetében kizárólag egyfajta (ugyanazon gyártó ugyanazon típusú termékével) termékkel lehet. A két tesztkészlettípus összes elemének ugyanattól a jogi gyártótól kell származnia!

Tesztkészlet alatt Ajánlatkérő az egy donorvérminta vizsgálatához szükséges tesztet, kontrollokat, egyéb oldatokat és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagokat érti.

Az Ajánlatkérő tesztkészletként fogadja el azt is, ha a teszt, a kontrollokkal, az egyéb oldatokkal és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagokkal nem gyári kiserelésű készletben, hanem külön-külön vannak.

Amennyiben a kontrollok, egyéb oldatok és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges kiegészítő anyagok nem a tesztel egy csomagolásban kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a a megajánlott mennyiségű tesztkészletek felhasználásához szükséges, megfelelő mennyiségben és az ajánlati árnak ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!

1) Alapkövetelmények:

- Treponema WB IgM tesztkészlet: Legalább 4, a Treponema pallidumra jellemző specifikus antigén csíkot tartalmazzon az IgM osztályba tartozó ellenanyagok kimutatására. Az antigén csíkok reprezentálják legalább a T. pallidum 47, 44.5 (TmpA), 17 és 15 kDa fehérjéjét.
- Treponema WB IgG tesztkészlet: Legalább 4, a Treponema pallidumra jellemző specifikus antigén csíkot tartalmazzon, az IgG osztályba tartozó ellenanyagok kimutatására. Az antigén csíkok reprezentálják legalább a T. pallidum 47, 44.5 (TmpA), 17 és 15 kDa fehérjéjét.
- Mindkét tesztkészlet tesztcsíkjai a fentiekben előírt specifikus antigén csíkokon kívül tartalmazzák a szérum kontroll, cut-off kontroll és konjugát-kontroll fehérje csíkokat is.
- Vizsgálati mintaként humán szérum használható legyen.

Ajánlattevőnek az általa megajánlott tesztkészletek fent előírtaknak megfelelő tulajdonságait használati utasítással (package insert) vagy a tesztkészlet gyártója nyilatkozatával kell igazolnia!

2) Érzékenység (szenzitivitás):

- Treponema WB IgM tesztkészlet: Legyen képes a Treponema pallidum ellen termelődött IgM osztályba tartozó ellenanyag kimutatására legalább 97,00 %-os biztonsággal.
- Treponema WB IgG tesztkészlet: Legyen képes a Treponema pallidum ellen termelődött IgG osztályba tartozó ellenanyag kimutatására legalább 99,9 %-os biztonsággal.

Az Ajánlattevőnek az általa megajánlott tesztkészletek fent előírtaknak megfelelő, illetve annál nagyobb érzékenységét használati utasítással (package insert) vagy a tesztkészlet gyártója nyilatkozatával kell igazolnia!

3) Fajlagosság (specifitás, álpozitív reakciók):

- Treponema WB IgM tesztkészlet: A Treponema pallidum ellen termelődött IgM osztályba tartozó ellenanyag kimutatására vonatkozóan rendelkezzen legalább 98,50 %-os specifitással. Az álpozitív minták aránya nem haladhatja meg a vizsgált minták számának 1,50 %-át.
- Treponema WB IgG tesztkészlet: A Treponema pallidum ellen termelődött IgG osztályba tartozó ellenanyag kimutatására vonatkozóan rendelkezzen legalább 99,00%-os specifitással. Az álpozitív minták aránya nem haladhatja meg a vizsgált minták számának 1,00 %-át

Ajánlatkérő a fentiekben felsorolt minden egyes megajánlott tesztkészlet tekintetében csak azon vizsgálati eredményeket fogadja el, amelyekből kiderül, hogy donorvérmintán végeztek el. A vizsgálati eredményeket használati utasítással (package insert) vagy a gyártó nyilatkozatával kell igazolnia!

- II.1.5) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**
33696200
- II.1.6) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
- II.2) **A szerződés(ek) végleges összértéke**
- II.2.1) **A szerződés(ek) végleges összértéke**
Érték: 9 430 722,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

- IV.1) **Az eljárás fajtája**
- IV.1.1) **Az eljárás fajtája**
Nyílt
- IV.2) **Bírálati szempontok**
- IV.2.1) **Bírálati szempontok**
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
- IV.2.2) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
- IV.3) **Adminisztratív információk**
- IV.3.1) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám**
15/OVSZ/2012. „Szifilisz kórokozójának (Treponema pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges Western Blot módszerű (Treponema WB) tesztek”
- IV.3.2) **Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre**
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2012/S 217-357798](#) 10.11.2012

V. szakasz: Az eljárás eredménye

- A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés "Szifilisz kórokozójának megerősítő vizsgálatához szükséges Western Blot módszerű (Treponema WB) tesztkészletek" tárgyában.
- V.1) **Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:**
25.2.2013
- V.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**
A beérkezett ajánlatok száma: 1
- V.3) **A nyertes gazdasági szereplő neve és címe**
Chemium Kft.
Kossuth utca 44.
6451 Tataháza
MAGYARORSZÁG
- V.4) **A szerződés értékére vonatkozó információk**
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 9 430 722,00 HUF
Áfa nélkül
- V.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2) További információk:

1. Az ajánlattevők neve és címe:

Chemium Kft. (6451 Tataháza, Kossuth utca 44., Magyarország).

2. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: mikrovállalkozás.

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó utca 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

Fax: +36 18828593

VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:

5.4.2013